- Обращайтесь с линзами осторожно и избегайте их падения.
- Запрещено использовать пинцеты или любые другие предметы для извлечения линз из контейнера (за исключением специально предназначенных для этого предметов). Выливайте раствор из упаковки с линзой в руку.
- Не касайтесь линз ногтями.
- Терапевтическое использование контактных линз ACUVUE® OASYS® требует тщательного контроля со стороны врача. Приём офтальмологических препаратов на фоне терапевтического использования бандажных линз требует тщательного контроля со стороны врача-офтальмолога. При определённых заболеваниях глаз надевание и снятие линз выполняет только врач-офтальмолог. В таких случаях пациента следует проинструктировать соответствующим образом, чтобы предотвратить самостоятельное использование линз.

Меры предосторожности при ношении линз

- При залипании линзы на роговице (т. е. когда линза не повторяет движения глазного яблока) следуйте указаниям в разделе «Залипание линзы». Чтобы обеспечить здоровье глаз, линза должна двигаться свободно. Пациент должен быть проинструктирован о необходимости немедленно обратиться к врачу-офтальмологу, если по истечении нескольких минут смещение линзы восстановить не удаётся.
- Запрещается ношение линз по истечении периода, указанного врачом-офтальмологом.
- В случае использования аэрозолей, например лака для волос, во время ношения линз, следует соблюдать осторожность и не открывать глаза до полного осаждения аэрозольных частиц.
- Следует избегать вредных или вызывающих раздражение испарений во время ношения линз.
- Врач-офтальмолог должен проконсультировать пациента о мерах предосторожности, связанных с ношением линз во время занятий спортом, особенно плаванием и другими водными видами спорта. Контакт линз с водой во время плавания или пребывания в ванной повышает риск глазных инфекций вследствие проникновения микробов.
- По истечении рекомендованного срока ношения линзы необходимо выбросить в соответствии с указаниями врача-офтальмолога.

Меры предосторожности по обращению с раствором

- Не допускается одновременное использование разных растворов. Не все растворы безопасны для использования с разными видами линз. Используйте только рекомендованные растворы.
- Запрещено использовать растворы, рекомендованные для жёстких газонепроницаемых контактных линз.
- При любых обстоятельствах используйте только свежий раствор для ухода и линзы, срок годности которых не истек.
- Всегда следуйте указаниям по использованию раствора для ухода за линзами, приведённым в инструкции-вкладыше.
- Для ухода за линзами допускается использование только химических средств (нетепловой метод). Использование теплового (термального) метода ухода за линзами может привести к повреждению контактных линз.
- При использовании стерильных растворов, не содержащих консерванты, их следует утилизировать по истечении указанного в инструкциях срока.
- Смачивание или увлажнение линз с помощью слюны или любых других не рекомендованных растворов запрещено.
- В период, когда линзы не используются, храните их в рекомендованном растворе, полностью погрузив в жидкость. Высыхание снижает способность линзы впитывать влагу. В случае высыхания поверхности линзы следуйте инструкциям по уходу за линзами, представленным в разделе «Высыхание (дегидратация) линзы».

Меры предосторожности при использовании контейнера для хранения

Контейнеры для хранения линз могут быть источником бактерий, в связи с чем следует соблюдать инструкции производителя или врача-офтальмолога по надлежащему использованию, очистке и их регулярной замене.

Другие темы, которые следует обсудить с пациентами

- Перед применением какого-либо медицинского препарата для глаз консультируйтесь с врачом-офтальмологом.
- Некоторые медицинские препараты, такие как антигистаминные, противоотёчные, мочегонные средства, миорелаксанты, транквилизаторы, а также средства против укачивания, могут вызвать сухость глаз, повысить чувствительность глаз к ношению линз или снизить остроту зрения. При возникновении описанных состояний следует принять соответствующие лечебные меры. В зависимости от степени тяжести симптомов может быть назначено применение смазывающих капель для мягких контактных линз или временная приостановка ношения линз на время использования данного препарата.

- Приём оральных противозачаточных средств во время ношения линз может вызвать изменение зрения или повлиять на переносимость линз пациентом. Пациенты должны быть предупреждены соответствующим образом.
- Регулярные посещения врача-офтальмолога обеспечат здоровье глаз пациента. Пациент должен быть ознакомлен с рекомендованным графиком посещения врача.

Кого должен предупредить пациент о ношении контактных линз?

- Следует сообщить о ношении контактных линз своему врачу (офтальмологу).
- Всегда сообщайте вашему работодателю, что вы носите контактные линзы. Некоторые виды деятельности предусматривают использование средств защиты или ограничивают ношение контактных линз.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Пациент должен быть осведомлён о возможности возникновения приведённых ниже проблем во время ношения контактных линз ACUVUE®.

- Жжение в глазах, зуд и / или острая боль.
- Снижение ощущения комфорта при последующем ношении линз.
- Ощущение наличия инородного тела в процессе ношения линз / царапины в глазу.
- Может наблюдаться временное нарушение зрения вследствие наличия периферических инфильтратов, периферической язвы роговицы и эрозии роговицы. Также могут наблюдаться другие физиологические отклонения, такие как местный или генерализованный отёк, неоваскуляризация роговицы, окрашивание роговицы, инъекция сосудов, патологии хряща век, ирит или конъюнктивит. Некоторые из них клинически приемлемы в незначительных проявлениях.
- Чрезмерная слезоточивость, необычные выделения или покраснения глаз.
- Нарушение режима ношения линз или ношение в течение длительного времени может привести к снижению остроты зрения, затуманиванию зрения, появлению радужных кругов вокруг объектов, светобоязни или сухости глаз.

Пациент должен быть проинструктирован о необходимости проведения простой 3-этапной самопроверки минимум один раз в день. Пациент должен задать себе три вопроса:

- Каковы мои ощущения после надевания линз?
- Как выглядят мои глаза?
- Замечаю ли я изменения в зрении при ношении линз?

В случае, если ответом на один из этих вопросов является обнаружение проблемы, пациент должен НЕМЕДЛЕННО СНЯТЬ ЛИНЗЫ. Если после снятия линзы ощущение дискомфорта или проблема исчезает, следует внимательно осмотреть линзу. В случае обнаружения каких-либо повреждений НЕ НАДЕВАЙТЕ ЛИНЗУ СНОВА. Пациент должен выбросить повреждённую линзу и в дальнейшем использовать новую.

В случае обнаружения загрязнений, ресницы или инородного тела на линзе, а также если проблема после снятия линзы исчезает, но на линзе не обнаружено признаков повреждения, пациент должен выбросить такую линзу и в дальнейшем применять только новую. Если после этого проблема возникает вновь, пациент НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОЛЖЕН надевать линзу снова и должен НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ-ОФТАЛЬМОЛОГУ.

Проинструктируйте пациента НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ новую линзу для самостоятельного устранения проблемы. Сообщите пациенту о том, что возникновение перечисленных выше симптомов может быть вызвано серьёзным заболеванием, например инфекцией, язвой роговицы, неоваскуляризацией или иритом. Проинструктируйте пациента о необходимости немедленно обратиться к специалисту для определения проблемы и лечения во избежание серьёзных поражений глаз.

Побочные эффекты во время терапевтического использования линз могут быть вызваны первичным заболеванием или травмой, а также могут возникнуть вследствие ношения контактных линз. Существует вероятность осложнений существующего заболевания или ухудшения состояния при использовании мягких контактных линз для терапевтического лечения глаз, поражённых определённым заболеванием. Проинструктируйте пациента о необходимости НЕМЕДЛЕННО обратиться к врачу-офтальмологу при усилении симптомов заболевания во время ношения линз, что позволит предотвратить серьёзные повреждения глаз.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ ЗА ЛИНЗАМИ

Назначая линзы пациенту, врач-офтальмолог должен надлежащим образом предупредить и проинструктировать пациента в соответствии с типом прописываемых линз и режимом ношения. Врач-офтальмолог должен порекомендовать пациенту надлежащее средство для ухода за линзами, которое соответствует его индивидуальным требованиям. Несоблюдение указанных инструкций по плановому уходу за линзами может привести к серьёзным травмам глаз, как описано в разделе «Предупреждения».

Для получения подробной информации об использовании, уходу, очистке, дезинфекции и хранении линз см. инструкции для пациентов по использованию контактных линз ACUVUE®.

Если рекомендованным режимом ношения контактных линз ACUVUE® является частая плановая замена (см. Таблицу 1), перед повторным применением снятые линзы следует очистить и продезинфицировать. Для дезинфекции линз допускается только химическое дезинфицирующее средство (например, многофункциональный раствор, а также раствор, содержащий перекись водорода).

Врач-офтальмолог должен согласовать с пациентом меры по уходу за линзами, включая основные инструкции по очистке контейнера и специальные инструкции по рекомендованному плановому уходу. Поскольку в некоторых типах линз содержится силикон (см. Таблицу 1), смачиваемость их поверхности может меняться при использовании разных продуктов для ухода за линзами.

ЗАЛИПАНИЕ ЛИНЗЫ

При залипании линзы на роговице (т. е. когда линза перестаёт повторять движения глазного яблока) необходимо закапать несколько рекомендованных смазывающих или увлажняющих капель, подождать, пока линзу можно будет свободно сместить, и затем снять её. Если через несколько минут смещение линзы всё ещё затруднено, пациенту следует немедленно обратиться к врачу-офтальмологу.

ВЫСЫХАНИЕ (ДЕГИДРАТАЦИЯ) ЛИНЗЫ

В случае неиспользования контактной линзы ACUVUE® в течение длительного периода её поверхность может стать сухой и постепенно потерять способность к смачиванию. Если это произошло, такую линзу следует выбросить и воспользоваться новой.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Пациент должен знать, что при попадании в глаза любых химических веществ (средства бытовой химии, садово-огородные средства, лабораторные химические вещества) необходимо НЕМЕДЛЕННО ПРОМЫТЬ ГЛАЗА ВОДОЙ И ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ-ОФТАЛЬМОЛОГУ ИЛИ В ОТДЕЛЕНИЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ.

СООБЩЕНИЕ О ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТАХ

Обо всех побочных эффектах, наблюдаемых у пациентов, которые используют контактные линзы ACUVUE®, следует сообщать:

По телефону горячей линии: 8 800 100 03 09 (звонок по России бесплатный)
По электронной почте: cl@its.jnj.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обратившись в службу поддержки клиентов по указанному выше адресу, вы сможете получить дополнительную информацию о контактных линзах ACUVUE® и заказать бесплатную копию инструкций для пациентов по использованию контактных линз ACUVUE®.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
Место производства указано на упаковке.

CE 0086

USA:
Johnson & Johnson Vision Care, Inc.
7500 Centurion Parkway,
Jacksonville, Florida, 32256, USA.

IRELAND:
Johnson & Johnson Vision Care (Ireland),
The National Technology Park,
Limerick, Ireland.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЕС

Johnson & Johnson Medical Limited,
Pinewood Campus, Nine Mile Ride,
Wokingham, RG40 3EW, United Kingdom.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ИМПОРТЁР:
ООО «Джонсон & Джонсон»
121614, Россия, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2.

I N 0 0 0 1 4 7

www.acuvue.ru

Горячая линия: 8 800 100 03 09
(звонок по России бесплатный)

Инструкция по применению контактных линз ACUVUE®
(Русский)
IN000147

Johnson & Johnson Vision Care

© 2014, ООО «Джонсон & Джонсон», представляющего в России Johnson & Johnson Vision Care.
ACUVUE®, OASYS®, TruEye®, 1-DAY ACUVUE® MOIST®, HYDRACLEAR®, ACUVUE® 2®, ACUVUE® 2® COLOURS®, ADVANCE®, LACREON®, DEFINE® являются товарными знаками Janssen Pharmaceutica NV.
Товар сертифицирован. ГОСТ Р 51580-2000. Рег. уд. ACUVUE® OASYS® with HYDRACLEAR® PLUS, 1-DAY ACUVUE® MOIST® – ФСЗ 2010/07713 от 24.08.2010, ACUVUE® OASYS® for ASTIGMATISM – ФСЗ 2008/01309 от 22.07.2010, ACUVUE® ADVANCE® – ФСЗ 2009/05181 от 25.09.2009, 1-DAY ACUVUE® TruEye® – ФСЗ 2009/03724 от 25.09.2009, 1-DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM – ФСЗ 2010/07338 от 05.07.2010, ACUVUE® 2®, ACUVUE® 2® COLOURS® – ФСЗ 2010/07714 от 24.08.2010, 1-DAY ACUVUE® DEFINE® - ФСЗ 2010/07446 от 20.07.2010.

Дата редактирования: ноябрь 2014 г. Номер редакции: 4.0.

RU-1-AC-22-05-14-PIA-TSEVA 141126043805247

Важно: внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования

Контактные линзы ACUVUE®

Инструкция по применению

Johnson & Johnson Vision Care

РУССКИЙ

Важно: внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования. Данная инструкция предназначена для врачей-офтальмологов, но при необходимости может быть предоставлена пациенту. В этой инструкции содержится важная информация о правильном использовании контактных линз ACUVUE®, перечисленных в Таблице 1, а также сведения о побочных эффектах и противопоказаниях.

Компания Johnson & Johnson Vision Care предоставляет дополнение инструкции для пациентов по правильному использованию контактных линз ACUVUE®. Врач-офтальмолог должен предоставить пациенту инструкцию по использованию линз, прописанных пациенту.

Таблица 1.

Наименование линз	Режим ношения линз: Дневное ношение (однократное использование)	Дневное ношение (частая плановая замена)	Пролонгированное ношение	Индикатор правильного положения линзы	Материал	Полимер/вода (%)	Упаковка
Сферические тонированные контактные линзы ACUVUE® с УФ-фильтром							
ACUVUE® 2®		⊙	⊙	123 OK	Этафилкон А	42/58	❶
1-DAY ACUVUE® MOIST®	⊙			123 OK	Этафилкон А	42/58	❸
ACUVUE® OASYS® with HYDRACLEAR® PLUS		⊙	⊙	123 OK	Сенофилкон А* ❹	62/38	❷
1-DAY ACUVUE® TruEye®	⊙			123 OK	Нарафилкон А* ❹	54/46	❷
ACUVUE® ADVANCE® with HYDRACLEAR®		⊙		123 OK	Галифилкон А* ❹	53/47	❷
ACUVUE® 2® COLOURS®		⊙	⊙		Этафилкон А	42/58	❶
1-DAY ACUVUE® DEFINE® with LACREON®	⊙				Этафилкон А	42/58	❸
Тонированные контактные линзы ACUVUE® с УФ-фильтром для коррекции астигматизма							
1-DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM	⊙				Этафилкон А	42/58	❸
ACUVUE® OASYS® for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR® PLUS		⊙	⊙		Сенофилкон А*	62/38	❷

Основные варианты упаковки ❶ буферный физиологический раствор, ❷ буферный физиологический раствор с метилцеллюлозой, ❸ буферный физиологический раствор в блистере с повидоном. **Содержание материала:** ❹ в линзах содержится силикон, и они соответствуют 1 классу стандарта абсорбции УФ-лучей с пропусканием менее чем 1% УФ-В (280–315 nm) и 10% УФ-А (316–380 nm) лучей. Все линзы из этафилкона А соответствуют 2 классу стандарта абсорбции УФ-лучей и пропускают менее чем 5% УФ-В и 50% УФ-А лучей.

ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ

Следующие обозначения могут быть размещены на этикетке или упаковке контактных линз ACUVUE®.

СИМВОЛ	ЗНАЧЕНИЕ	СИМВОЛ	ЗНАЧЕНИЕ
	См. вкладыш с инструкцией		Страна/компания-производитель
	Использать до указанной даты (срок годности)	123 OK	Правильное положение контактных линз
LOT	Номер партии	123 X	Неправильное положение контактных линз (инверсия)
STERILE	Стерилизация паром или сухим жаром	UV BLOCKING W BLOCKING UV+VIS	УФ-фильтр
DIA	Диаметр	CE 0086	Символ сертификата системы качества
BC	Базовая кривизна / задний центральный оптический радиус		Отогните фольгу
D	Диоптрия (оптическая сила) / задняя вершинная рефракция		Утилизация отходов оплачена
	Знак идентификации бумажных контейнеров и упаковочного материала	PP	Знак идентификации композиционных материалов
Rx Only	ОСТОРОЖНО! Продажа данного продукта, согласно Федеральному закону США, разрешена только сертифицированными медицинскими работниками или по их рецепту.		
Только линзы для коррекции астигматизма			
CYL	Сила цилиндра	**AXIS**	Ось
Однодневные контактные линзы 1-DAY ACUVUE® TruEye®			
	Не для повторного использования (одноразовое применение)		
Контактные линзы ACUVUE® 2® COLOURS®			
O-BLU	Opaque Blue (синий)	**O-HZL**	Opaque Hazel (ореховый)
O-GRY	Opaque GRY (серый)	**O-SPH**	Opaque Sapphire (сапфировый)
O-GRN	Opaque Green (зелёный)	**E-AQU**	Enhancer Aqua (бирюзовый)
O-HNY	Opaque Honey (медовый)	**E-BLU**	Enhancer Blue (синий)
O-CHN	Opaque Chestnut (каштановый)	**E-GRN**	Enhancer Green (зелёный)
Контактные линзы 1-DAY ACUVUE® DEFINE® with LACREON®			
S_H	NATURAL SHIMMER® естественное сияние	**S_P**	NATURAL SPARKLE естественный блеск

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Контактные линзы ACUVUE® поставляются в стерильных индивидуальных блистерных упаковках, в которых линзы помещены в буферный физиологический раствор (см. варианты упаковки в Таблице 1). ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать линзы, если стерильные блистерные упаковки открыты или повреждены.

НАЗНАЧЕНИЕ

Сферические контактные линзы ACUVUE®
Предназначены для дневного или пролонгированного ношения, как указано в Таблице 1, с целью оптической коррекции рефракционной аметропии (близорукость и дальнозоркость) на факичных и афакичных глазах у пациентов, не страдающих хроническими заболеваниями глаз, с астигматизмом 1,00 D или менее.

Контактные линзы 1-DAY ACUVUE® DEFINE® with LACREON® и ACUVUE®2® COLOURS® позволяют подчеркнуть естественную красоту глаз или изменить их цвет, а также скорригировать рефракционную аметропию (близорукость и дальнозоркость) у пациентов, не страдающих хроническими заболеваниями глаз, с возможным наличием астигматизма ≤1,00 D.

Контактные линзы ACUVUE® для коррекции астигматизма
Предназначены для дневного или пролонгированного ношения, как показано в Таблице 1, с целью оптической коррекции рефракционной аметропии (близорукость и дальнозоркость) на факичных и афакичных глазах у пациентов, не страдающих хроническими заболеваниями глаз, с астигматизмом от 0,5 D до 3,0 D.

Кроме этого, контактные линзы ACUVUE® OASYS® могут быть также назначены в качестве бандажных линз для терапевтического лечения перечисленных ниже острых и хронических заболеваний глаз.

- Для защиты роговицы и при патологии век (например, заворот век, трихиаз, деформация хряща века и рецидивирующая эрозия роговицы). Также данные линзы предназначены для защиты роговицы в случаях, когда имеются уцелтые раны с наличием нитей, аномалии структур и тканей глаза, дегенерация роговицы и парез мышц век, что может привести к постоянному раздражению роговицы.
- Для уменьшения боли при буллёзной кератопатии, эрозии или абразии эпителия роговицы, нитчатом кератите, а также во время лечения после кератопластики.
- Для использования в качестве защитного покрытия роговицы в ходе лечебных процедур по устранению эпителиальных дефектов, таких как хронические эпителиальные дефекты, язва роговицы, нейротрофический и нейропаралитический кератит, а также химические ожоги.
- В послеоперационных условиях при проведении рефракционных процедур, ламмелярной трансплантации, обработке рубцов роговой оболочки и в других случаях, когда назначено использование бандажных линз.
- Для сохранения структурной целостности и защиты линзы Piggy-Back в случаях, когда состояние роговицы и прилежащих тканей и структур глаза не позволяет использовать жёсткие газопроницаемые контактные линзы. Также применение этих линз позволяет предотвратить раздражение и абразию роговицы в месте соединения собственной ткани и ткани имплантата или при наличии рубцов.

Все контактные линзы ACUVUE® содержат УФ-фильтр, который предотвращает попадание вредного УФ-излучения на роговицу и внутрь глаза. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ношение контактных линз с УФ-фильтром НЕ заменяет использование защитных средств для глаз, поглощающих УФ-излучение, например очков с поглощением УФ-излучения или солнцезащитных очков, так как линзы не закрывают всю поверхность глаза и область вокруг глаз. При ношении линз используйте средства защиты от УФ-излучения, следуя предписаниям.**

Примечание. Длительное воздействие УФ-излучения является одним из факторов риска развития катаракты. Это воздействие обусловлено рядом факторов, например условиями окружающей среды (высота над уровнем моря, география, облачный покров) и личными факторами (длительность и характер действий, выполняемых вне помещения). Все контактные линзы ACUVUE® содержат УФ-фильтр, обеспечивающий защиту от попадания вредного УФ-излучения на роговицу и внутрь глаза. Однако клинические исследования, подтверждающие снижение риска развития катаракты или других офтальмологических нарушений вследствие ношения контактных линз с УФ-фильтром, не проводились. Для получения подробной информации проконсультируйтесь с врачом-офтальмологом.

РЕЖИМ НОШЕНИЯ ЛИНЗ

Режим ношения линз должен быть определён врачом-офтальмологом. Зачастую пациенты носят линзы в течение более длительного периода, чем указано в предписании. Врач-офтальмолог должен разъяснить пациенту важность соблюдения режима ношения линз. Также крайне важно регулярно посещать врача-офтальмолога.

Дневное ношение (однократное использование)
Контактные линзы ACUVUE®, предназначенные для дневного ношения и одноразового использования (менее 24 часов в бодрствующем состоянии), как указано в Таблице 1, следует снимать и выбрасывать в конце дня. При соблюдении указанного режима ношения очистка и дезинфекция линз не требуется.

Дневное ношение (частая плановая замена)
Контактные линзы ACUVUE®, предназначенные для дневного ношения с частой заменой (менее 24 часов в бодрствующем состоянии), как указано в Таблице 1, необходимо выбрасывать и заменять новыми раз в две недели. Все контактные линзы ACUVUE®, помеченные в Таблице 1 знаком «Дневное ношение (частая плановая замена)», следует очищать, промывать и дезинфицировать после каждого снятия, используя только химическое дезинфицирующее средство.

Пролонгированное ношение
Контактные линзы ACUVUE®, предназначенные для длительного ношения (более 24 часов, включая сон), как указано в Таблице 1, могут использоваться до 7 дней / 6 ночей подряд, по истечении которых их следует выбросить. При таком режиме ношения очистка и дезинфекция линз не требуется.

Перед началом ношения новых линз следует провести оценку совместимости на основе однодневного использования с частой заменой. Если, по мнению врача-офтальмолога, состояние пациента позволяет предписать ему линзы длительного ношения, врач должен составить соответствующий режим ношения линз на основе ответной реакции организма пациента.

Рекомендуется снимать линзы на ночь или на более длительный период времени. На ранних этапах длительного использования линз врач-офтальмолог должен провести обследование пациента.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ контактные линзы ACUVUE®, предписанные для коррекции рефракционной аметропии, при наличии перечисленных ниже патологических состояний глаз.

- Острое или подострое воспаление или инфицирование передней камеры глазного яблока.
- Любое заболевание глаз, травма или патология роговицы, конъюнктивы или век.
- Значительная недостаточность слёзной секреции (сухость глаз).
- Гипостезия роговой оболочки (снижение чувствительности).
- Любое системное заболевание, отражающееся на состоянии глаз или вызванное ношением контактных линз.
- Аллергические реакции на поверхности глаз или придатках, вызванные или усилившиеся вследствие ношения контактных линз или использования раствора для ухода за линзами.
- Аллергия на любой компонент раствора (например, ртуть или тимеросал), используемого для ухода за линзами в режиме ношения с частой плановой заменой.
- Любая активная инфекция роговицы (бактериальная, грибковая, протозойная или вирусная).
- Покраснение или раздражение глаз.

Врач-офтальмолог может назначить ношение контактных линз ACUVUE® OASYS® для терапевтического лечения некоторых заболеваний глаз, включая приведённые выше.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Правильное использование и уход за контактными линзами, а также за контейнером для хранения линз обеспечат их безопасное применение. Неналлежащее использование контактных линз или продуктов для ухода за ними может привести к серьёзным травмам глаз. Далее приведены сведения, касающиеся ношения контактных линз, которые необходимо предоставить пациенту.

Пациента следует проинструктировать по приведённым ниже пунктам, касающимся ношения линз[1].

- Ненадлежащее использование контактных линз или продуктов для ухода за ними может привести к серьёзным травмам глаз. Пациент должен быть предупреждён о том, что правильное использование и уход за контактными линзами, включая контейнер для хранения линз, обеспечат их безопасное применение.
- Заболевания глаз, включая язву роговицы, могут быстро прогрессировать и привести к потере зрения.
- Исследования показали, что при использовании линз пролонгированного ношения риск развития язвенного кератита выше, чем при использовании линз дневного ношения.
- При использовании линз дневного ношения ночью (что не соответствует показаниям) риск развития язвенного кератита выше, чем при ношении линз днём.
- Общий риск развития язвенного кератита может быть снижен при соблюдении указаний по уходу за линзами и контейнером для линз.
- Исследования показали, что у курящих пациентов риск развития язвенного кератита выше, чем у некурящих.

Проинструктируйте пациента о необходимости немедленно снять контактные линзы и обратиться к врачу-офтальмологу при появлении неприятных ощущений в глазах, повышенного слезотечения, ухудшении зрения, покраснении глаз или других отклонениях. Пациент должен регулярно посещать врача-офтальмолога.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При возникновении проблем ПАЦИЕНТ ДОЛЖЕН НЕМЕДЛЕННО СНЯТЬ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ И ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ-ОФТАЛЬМОЛОГУ.

Специальные меры предосторожности для врачей-офтальмологов
В связи с малым количеством пациентов, принимавших участие в клинических исследованиях линз, полученные показатели о материале линз, включая коэффициент преломления, конфигурацию или параметры, не имели статистической достоверности. Следовательно, при выборе соответствующего дизайна или параметров контактных линз врач-офтальмолог должен учитывать все характеристики, которые могут повлиять на эффективность терапии и функциональное состояние глаз, включая кислородную проницаемость, смачиваемость поверхности линз, толщину их центральной и периферической зоны, а также диаметр оптической зоны.

Следует провести тщательный сравнительный анализ потенциального воздействия этих факторов на состояние глаз пациента и потребности пациента в рефракционной коррекции. В связи с этим врач-офтальмолог, предписывающий линзы, должен внимательно следить за состоянием здоровья глаз пациента и эффективностью применяемой терапии.

- Во время ношения линз следует избегать контакта с флюоресцеином натрия (жёлтый краситель), так как это может привести к изменению их цвета. После контакта флюоресцеина натрия с глазами их следует промыть стерильным солевым раствором.
- Врач-офтальмолог должен проинструктировать пациента о необходимости немедленно снять линзы в случае покраснения или раздражения глаз.
- Врачи-офтальмологи должны подробно проинструктировать пациентов о плановом уходе за линзами и мерах предосторожности.

Меры предосторожности при использовании
- Врач-офтальмолог должен научить пациента надевать и снимать линзы самостоятельно или с посторонней помощью.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать линзы, если стерильная блистерная упаковка открыта или повреждена.
- Всегда мойте и вытирайте насухо руки перед любым контактом с линзами. Избегайте попадания косметики, лосьонов, мыла, кремов, дезодорантов или спреев в глаза или на линзы. Надевайте линзы до нанесения макияжа. Использование косметики на водной основе несёт меньший риск повреждения линз, чем применение косметических средств на масляной основе.
- Не касайтесь контактных линз пальцами или руками с остатками инородных материалов, так как это может привести к образованию микроскопических трещин линз и, как результат, искажению зрения и/или травмам глаза.
- Строго соблюдайте указания по использованию, надеванию, снятию, очистке, дезинфекции, хранению и ношению линз, приведённые в инструкциях для пациентов по использованию контактных линз ACUVUE®, а также указания врача-офтальмолога.

[1] *New England Journal of Medicine (Медицинский журнал Новой Англии), выпуск 321 (12) от 21.09.1989 г., стр. 773–783.*